

CAPITOLATO TECNICO PER ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Criteri generali

Le Ditte offerenti dovranno allegare all'offerta tecnica la più ampia documentazione illustrativa delle specifiche tecniche e delle prestazioni raggiungibili mediante il sistema offerto.

Tipo di apparecchiatura: BIOMETRO PORTATILE

La fornitura dovrà comprendere n.1 BIOMETRO da installarsi presso l'U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo. L'oggetto della fornitura dovrà avere la configurazione seguente:

Dotazione Biometro

- Portatile
- Funzionamento stand alone o tramite collegamento a PC compatibile Windows
- Guadagno: variabile fino a 100 db
- Velocità della rilevazione delle misure elevata
- Frequenza sonda: 10MHz
- Profondità di scansione di almeno 60mm
- Accuratezza clinica: 0,1mm
- Modi operativi: fachico, afachico, pseudoafachico, cataratta avanzata, manuale, automatico
- Tipi di lente intraoculare: Pmma, silicone, acriliche etc
- Altre impostazioni: occhio con olio silicone e tecnica di misura ad immersione

Dotazione PC

- Fornitura di PC portatile con HD e sistema operativo di ultima generazione per il collegamento del biometro offerto;
- L'apparecchiatura deve essere dotata di software di gestione in grado di consentire di avere un database dei pazienti che consenta il salvataggio delle misure effettuate e delle IOL calcolate, un database delle IOL in grado di consentire la gestione di diverse tipologie di lenti;
- Fornitura di stampante laser.

Servizi inclusi nella fornitura:

- Consegna, installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo e del software di interfaccia per il personale sanitario;
- Certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.;
- Garanzia di almeno 12 mesi (inclusiva di sostituzione delle parti con vita monte ore dipendente come ad esempio batterie, filtri, lampadine);
- 12 mesi di manutenzione "full-risk" inclusiva di almeno n. 1 intervento/anno di manutenzione (riferirsi al manuale d'uso per periodicità e protocolli);
- Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall'acquisto del bene;
- Elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di materiali dedicati esclusivi, con indicazione dei relativi costi unitari
- Elenco degli accessori opzionali disponibili con indicazione dei relativi costi
- L'offerta deve essere completa di qualunque ed eventuale accessorio e/o minuteria necessaria per la completa messa in servizio dell'apparecchiatura.

Griglia di valutazione

Caratteristiche ergonomiche	
<ul style="list-style-type: none">• Ingombro (dimensione e peso)• Maneggevolezza	MAX PUNTI 10
Caratteristiche di scansione	
<ul style="list-style-type: none">• Profondità di scansione• Accuratezza clinica del potere della IOL• Accuratezza nella misura cataratte opache• Velocità rilevazione misure	MAX PUNTI 20
Caratteristiche PC e stampante	
<ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche HW e SW	MAX PUNTI 8
Prova pratica	
<ul style="list-style-type: none">• Valutazioni cliniche e fisico-strumentali	MAX PUNTI 15
Caratteristiche migliorative proposte	
<ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche migliorative proposte in sede di offerta tecnica	MAX PUNTI 7
	TOTALE PUNTI 60

Punteggio minimo di ammissione 31 su 60