

Anagrafica del prodotto offerto
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Codice CIVAB
Numero di Repertorio Dispositivi Medici
Conformità alla direttiva CE 93/42 e smi
Caratteristiche meccaniche
Completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento
Sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori ed alle stesse attrezzature (occhiali di protezione in numero pari almeno a 2)
Design ergonomico per consentire il facile accesso e utilizzo al paziente e al medico
Tavolo motorizzato alto circa tra 70 e 100 cm con piano di circa 40.5 × 100 cm
Facile lettura del pannello di controllo
Impostazioni ottimali e facilitate per iridotomia
Sistema integrato con lampada a fessura
Compatibilità con la maggior parte degli accessori di chirurgia oculistica
Triplo fissaggio e/o possibilità di rotazione per l'uso preciso e messa a fuoco sicuro del fascio laser
Caratteristiche tecniche del Laser
Sorgente laser: Q switched Nd:YAG 1064 nm
Setting energetico: regolazione nell'ordine di 0.1 mJ da circa 0.5 mJ a 10 mJ in continua
Spot size: < 10 µm
Cono d'angolo 16 °
Durata dell'impulso: circa 4 ns
Impostazioni dell'impulso: 1,2,3 impulsi consecutivi
Frequenza di ripetizione: circa 3 Hz
Caratteristiche tecniche del Laser puntatore
Lunghezza d'onda
Potenza di emissione < 1mW di intensità variabile durante il trattamento laser
Indicare la dimensione dello spot
Indicare il metodo di puntamento
Caratteristiche tecniche della lampada
Tipologia: Lampada a fessura per chirurgia oculistica
Indicare le capacità di ingrandimento (almeno...)
Indicare lenti e filtri in dotazione
Garanzia ed assistenza tecnica

Garanzia non inferiore a 12 mesi comprensiva di manutenzione preventiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo), verifiche di sicurezza, manutenzione correttiva (compresi ricambi ed eventuale materiale di consumo)
Numero annuale di manutenzioni programmate
Manutenzione correttiva in garanzia
Sede
Giorni e Orari
Tempi di intervento
Altre caratteristiche significative (es. disponibilità a fornire apparecchiature sostitutive in caso di guasto, etc)
Formazione ed addestramento

[illegible]

[illegible]