

QUESTIONARIO TECNICO

PER ACQUISIZIONE DI N.1 SISTEMA ELETTROENCEFALOGRAFICO DA INSTALLARSI PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA DEL P.O. DI GALLARATE

La Ditta dovrà compilare il seguente questionario tecnico:

| QUESITO | DESCRIZIONE |
|---|-------------|
| N. 1 Apparecchiature per Video EEG così composta: <ul style="list-style-type: none">• Testina di acquisizione digitale da almeno 32 canali preamplificata configurabile per EEG e poligrafia, con ingresso per rilevazione SpO₂• PC di ultima generazione• S.O. Windows 7 o successivo• Hard Disk almeno di 500 Gb• RAM almeno di 4 Gb• Monitor LCD almeno da 19"• Lettore/masterizzatore CD/DVD• Interfaccia USB• Scheda di rete• Software di gestione apparecchiatura• Software di acquisizione e riletture tracce EEG• Software di acquisizione e riletture tracce VIDEO EEG• N.1 Telecamera con faretto infrarosso con controllo remoto per le funzioni di inquadramento del paziente, zoom e lunghe registrazioni (almeno 24 ore).• Sistema di amplificazione, altoparlanti e microfono• Acquisizione del segnale audio video perfettamente sincronizzata con il segnale EEG• Dotato di carrello con trasformatore di isolamento ed UPS | |
| N. 1 Apparecchiature per EEG così composta: <ul style="list-style-type: none">• Testina di acquisizione digitale da almeno 32 canali preamplificata configurabile per | |

QUESTIONARIO TECNICO

PER ACQUISIZIONE DI N.1 SISTEMA ELETTROENCEFALOGRAFICO DA INSTALLARSI PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA DEL P.O. DI GALLARATE

| | |
|--|--|
| <p>EEG e poligrafia, con ingresso per rilevazione SpO2</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC di ultima generazione • S.O. Windows 7 o successivo • Hard Disk almeno di 500 Gb • RAM almeno di 4 Gb • Monitor LCD almeno da 19" • Lettore/masterizzatore CD/DVD • Interfaccia USB • Scheda di rete • Software di gestione apparecchiatura • Software di acquisizione e riletture tracce EEG • Software di acquisizione e riletture tracce VIDEO EEG • Dotato di carrello con trasformatore di isolamento ed UPS | |
| <p>N. 1 Apparecchiatura per EEG portatile così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testina EEG da 29 canali preamplificata • PC portatile di ultima generazione • S.O. Windows 7 o successivo • Hard Disk almeno di 500 Gb • RAM almeno di 4 Gb • Lettore/masterizzatore CD/DVD • Interfaccia USB • Scheda di rete + scheda di rete wireless • Software di gestione apparecchiatura • Software di acquisizione e riletture tracce EEG • Software di acquisizione e riletture tracce VIDEO EEG • Borsa porta computer | |
| <p>N.2 Stazioni di riletture Video EEG Digitale così composte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC di ultima generazione • S.O. Windows 7 o successivo | |

QUESTIONARIO TECNICO

PER ACQUISIZIONE DI N.1 SISTEMA ELETTROENCEFALOGRAFICO DA INSTALLARSI PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROLOGIA DEL P.O. DI GALLARATE

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hard Disk almeno di 500 Gb• RAM almeno di 4 Gb• Monitor LCD almeno da 22" (per un'unica unità),• Lettore/masterizzatore CD/DVD• Interfaccia USB• Scheda di rete• Software di gestione apparecchiatura• Software di acquisizione e riletture tracce EEG• Software di acquisizione e riletture tracce VIDEO EEG• Stampante LaserJet | |
| Unità di Backup <ul style="list-style-type: none">• Sistema di backup esterno NAS raid• Capacità complessiva di almeno 6,0 T.Byte• Processore di ultima generazione• Connessione tramite eSATA con parametrizzazione | |
| Caratteristiche migliorative | |